

ZZtest

广东中准检测有限公司
Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 ZS18157547S 第 1 页 共 3 页
Certificate No. Page of

委托方 河北北京盛送变电工程有限公司
Client

委托方地址 张家口经开区清水河南路107号左岸国际11楼
Add. of Client

器具用途
Appliance Use

计量器具名称 绝缘靴手套耐压装置
Description

制造商 武汉三新电力
Manufacturer

型号/规格 NYZ-A
Model/Type

编号 18113001
No.

接收日期 2018-12-03
Recept. Date

校准日期 2018-12-03
CAL Date

批准人 赵丁辉 职务 工程师
Approved Signatory Job

检验员 赵丁辉
Checked by

校准员 冯伟
Calibrated by



校准机构备案号: [2013] 粤量校S026号
地址: 广东省深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室
ADD: Xili Shahexi Road No. 5298, Baiwang R&D centre, Building 1, 11F, room 1110, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
邮编(Post): 518057

电话(Tel): 0755-26718332
E-mail: ad@zztest.com.cn
传真(Fax): 0755-26544550
网址(Website): www.zztest.com.cn



校准结果

Results of Calibration

第 2 页 共 3 页

Page of

证书编号: ZS18157547S

原始记录号: HT1814209S001

Certificate No.

Record No.

1. 外观和工作正常性检查: 符合

2. 高压示值误差校准:

示值 (kV)	实际值 (kV)	测量不确定度: U (kV), ($k=2$)
5.0	4.99	0.05
9.8	9.82	0.05
19.9	19.68	0.10
29.8	31.24	0.15



结论: 所校准项目符合技术要求

测量结果的不确定度:

1. 依据: JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

说明

Directions:

第 3 页 共 3 页

Page of

证书编号: ZS18157547S

原始记录号: HT1814209S001

Certificate No.

Record No.

1. 本证书数据均可溯源于国家基准和国际单位制 (SI)。

All data issued are traceable to national measurement standards and the international system of units (SI).

2. 本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration:

参照JJG795-2016 耐电压测试仪检定规程

3. 本次校准检测所使用的主要计量标准器具:

Major standards of measurement used in the calibration/inspection:

设备名称/型号 Name/Model of Equipment	编号 Serial No.	制造商 Manufacturer	标准器有效期 Due Date
电子秒表/HS-3	ZZ3063	CASIO	2019.09.02
数字万用表/189	89140091	FLUKE	2019.01.03
数字高压表/149-10A	KM002881	KIKUSUI	2019.10.25

4. 校准/检测地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration/inspection:

地点: 现场

温度: 22℃

湿度: 60%RH

Place

Temperature

RH

5. 建议下次校准日期为:

Suggested date for the next calibration

2019年12月2日

