



深圳市汇科计量检测技术有限公司
Shenzhen HK Measure Detect Technique CO., Ltd.

校准证书

Calibration certificate

证书编号: HKSD1801504905
Certificate No.

客户名称
Customer Name
客户地址
Add. of Customer
器具名称
Apparatus Name
型号规格
Model/Type
制造商
Manufacturer
编号
Serial No.

山西恒瑞泰计量校验检测科技有限公司

山西大同

低压耐压仪

SX-5kV

武汉三新

SXB3241

批准
Approved
校核
Inspected
校准员
Calibrated by

by
by
by

吕添霖

张贵平

吕锦平

校准日期: 2018 年 01 月 16 日
Date of Calibration Year Month Day
建议下次校准日期: 2019 年 01 月 15 日
Next Date of Calibration Year Month Day

客服电话: 0755-27209226

传真: 0755-27207247

网址: www.hktest.cn

微信: 13674083686/109611184

QQ: 109611184

邮箱: 109611184@qq.com

地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道前进一路135号景必达大厦附楼201





深圳市汇科计量检测技术有限公司
Shenzhen HK Measure Detect Technique CO., Ltd.

校准说明

Directions of calibration

证书编号:
Certificate No.

HKSD1801504905

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制 (SI).
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards -and International System of Units(SI) .
2. 本报告未经签章无效, 数据涂改无效。
It will be ineffective without certification, and the change of data will be ineffective, too.
3. 证书未经本实验室书面批准, 不得部分复制。
The certificates must not be partially duplicated except with Prior written approval from the issuing laboratory.
4. 本次测量结果仅与被测件有关。
The measurement result is only related to the Unit Under Test.
5. 本次校准的技术依据:
Reference documents for the Calibration:
JJG795-2004 耐压测试仪检定规程
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示
6. 本次校准所使用的主要计量标准器具:
Main measure equipment is used in the Calibration:

器具名称 Apparatus Name	证书号 Certificate No.	编号 Serial No.	有效期 Due Date
耐压测试仪校验仪	DCD20174632035	0465203	2018-12-11

7. 校准地点, 环境条件:

Place and Environment condition of the Calibration:

地点: Place:	实验室	温度: temperature:	22	℃	相对湿度 RH:	50	%
---------------	-----	---------------------	----	---	-------------	----	---



深圳市汇科计量检测技术有限公司
Shenzhen HK Measure Detect Technique CO., Ltd.

校准结果

Results of Calibration

证书编号: HKSD1801504905
Certificate No.

1. 外观及工作性能检查: (Appearance & Performance check)

1.1. 外观: (Appearance)

符合要求(Pass)

1.2. 工作性能检查: (Performance check)

符合要求(Pass)

2. 电压测量的校准: (Calibration of voltage measurement)

被测表显示值 (kV)	实测标准值 (kV) AC	测量不确定度 U (kV), $k=2$
1.00	1.012	0.005
2.00	2.016	0.010
3.00	3.022	0.015
4.00	4.025	0.020
5.00	5.031	0.025

3. 电流测量的校准: (Calibration of current measurement)

被测表显示值 (mA)	实测标准值 (mA) AC	测量不确定度 U (mA), $k=2$
0.500	0.502	0.003
1.000	1.009	0.005
2.00	2.00	0.02
5.00	5.00	0.02
10.00	10.04	0.05
20.0	19.98	0.2
50.0	49.6	0.2
100.0	99.1	0.5
150.0	148.8	0.8

4. 时间测量的校准: (Calibration of time measurement)

被测表显示值 (s)	实测标准值 (s)	测量不确定度 U (s), $k=2$
10	9.81	0.10
30	29.78	0.10
60	59.75	0.10

(以下空白)