

湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区茅

店山中路二

网址 (Web site): <http://www.hbjl.gov.cn>

邮编 (Post Code): 430223

电话 (Tel): 027-81925136

传真 (Fax): 027-81925137

中国校准服务联合体

China United Calibration Service

CUC

REGISTRATION NO. 002

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: [2019RC02982125]

Certificate No.

委托方名称

Customer

湖北天元电力变压器有限公司

委托方地址

Address

湖北省浠水县

器具名称

Name Of Sample

温度巡检仪

制造厂商

Manufacturer

武汉三新电力设备制造有限公司

型号规格

Model/Type

THM160K

器具编号

No Of Sample

19062102

证书专用章

Stamp



校准日期

Calibration date

2019 年 06 月 26 日

Y M D

建议再校日期

Recommended recal date

2020 年 06 月 25 日

Y M D

证书批准人

Approved by

罗小萍

核验员

Checked by

李建安

校准员

Calibrated by

张王峰

本次校准所使用的测量装置均溯源至保存在中国计量科学研究院的国家计量基准。中国计量科学研究院于1999年代表中国签署了国际间“国家计量基准及国家计量院出具的校准和测量证书相互承认协议”。

The measuring equipment used in the calibration is traceable to national primary standards maintained in National Institute of Metrology (NIM). NIM is the signatory to the Mutual Recognition Arrangement (MRA) for national measurement standards and for calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes.



- 本院是政府计量行政管理部门依法设立的法定计量检定机构

This laboratory is a legal metrological verification institution established by the government metrological administrative department according to law.

- 本院质量管理体系符合ISO/IEC17025标准的要求。

The quality management system for laboratory complies with ISO/IEC 17025 standards.

- 本次校准的技术依据(名称、代号)

Reference documents for the Calibration (Name, Code)

参照: JJF 1171—2007 温度巡回检测仪校准规范

- 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards of measurement used in the Calibration

设备名称

Name of Equipment

标准棒式温度计

型号/编号

Model/Serial No.

1552A/3291042

证书号/有效期

Certificate No./Due Date

2019RG03180317/2020-03-14

- 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 22.2℃

Temperature

气压: —

Pressure

相对湿度: 60 %

R.H.

地点: 本院水果湖基地B220室

Place

其它: —

Others

原始记录编号: 2019RG02982125

Report No.

本校准结论, 仅对受校样品的本次校准有效。

It's Effect That Results of This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated.

未经本院许可, 不得部分复制本证书。

校准数据/结果

Data/Results of Calibration

标准温度 (°C)	100.0
通道号	显示温度 (°C)
1	99.4
2	99.8
3	100.0
4	100.1
5	100.2
6	100.5
不确定度 $U(k=2)$	0.2 °C

以下空白

究院