

武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 21DY821007366-001

Certificate No.



扫码识真伪

证书单位 成都盛赫源商贸有限责任公司
Applicant
计量器具名称 绝缘靴(手套)耐压测试仪
Name of Instrument
型号/规格 NYZ-A
Type/Specification
出厂编号 SX21082501
Serial No.
制造单位 武汉三新电力设备制造有限公司
Manufacturer
校准依据 JJF/WJ001-2017《高压试验装置校准方法》
Calibration Regulation



批准人: 郭伟
Approved by
核验员: 王景
Checked by
校准员: 张武
Calibrated by

校准日期 2021 年 08 月 27 日
Date of Calibration Year Month Day

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号/汉阳大道119号
Address
邮编: 430050
Post Code
网址: www.whjl.org.cn
Website

电话: (027) 84846917, 84825873
Telephone
传真: (027) 84843950
Fax



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 21DY821007366-001
Certificate No.

校准结果/说明:
Results of Calibration and additional explanation

一、外观及工作正常性检查:
正常。

二、高压空载试验: (AC)

示值(kV)	实测值(kV)
10	10.39
20	20.84
30	31.12
40	41.86
50	51.88

测量不确定度: $U_{rel}=1.1\%$ $k=2$


以下空白

以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 21DY821007366-001
Certificate No.

- 本次校准所使用的主要计量标准器
Standards of measurement used in the Calibration

名称
Name
数字高压表

证书编号
Certificate No.
(计)字第2021010589号

有效期至
Valid Date To
2022-02-28

- 测量溯源性说明: 本次校准使用的计量标准均可溯源到国家计量基准
All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

- 校准环境条件
Environmental condition on the Calibration

温度: 23 °C
Temperature

湿度: 59 %RH
Humidity

其他: /
Others

地点: 本所实验室 (301)
Place

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute