

ZZtest

广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0239

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 21RA0743600002

第 1 页 共 3 页

Page of

客户名称: 河南宇达电力安装有限公司
Name of Customer

客户地址: 河南省焦作市普济路1250号
Address of Customer

计量器具名称: 三相电容电感测试仪
Name of Instrument

规格/型号: SXDR-GS
Type/Specification

制造单位: 武汉三新电力设备制造有限公司
Manufacturer

出厂编号: SXB5049
Serial Number

管理编号:
Regulation Number

(证书专用章)
Stamp
证书专用章

批准人
Approved by

职务
Post

核验员
Checked by

校准员
Calibrated by

委托日期	2021	年	3	月	9	日
Received Date	Year		Mon		Day	
校准日期	2021	年	3	月	10	日
Calibration Date	Year		Mon		Day	
签发日期	2021	年	3	月	11	日
Issue Date	Year		Mon		Day	

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室
Add: Xili shahexi Road No.5298, Baiwang R&D Centre, Building 1,
11F, room 1110, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
邮编 (Post): 518057

电话 (Tel): 0755-26718332

E-mail: ad@zztest.com.cn

传真 (Fax): 0755-26544550

网址 (Web): http://www.zztest.com.cn



广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.

校准说明

Directions of Calibration

证书编号:

01RA0743600002

第 2 页 共 3 页

Certificate NO.

Page of

1、本证书校准结果只与被校准仪器有关，带“*”号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment, calibration items or parameter with “*” is beyond the scope of our laboratory accreditation.

2、本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration:

参照HJ/QC24008-2000交流电子参数数字测量仪的校准方法

3、本次校准所使用的主要计量标准器具信息:

Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号 Description/Model	不确定度或最大允差或准确度等级 Uncertainty of Measurement or Maximum Permissible Errors	设备编号 Equipment No.	证书号/溯源单位 Certificate No./Traceability to	有效日期 Due Date
电容箱	$U_{rel}=0.08\%, k=2$	92175137	207638257 深圳计量院	2021/8/13

4、校准/检测地点、环境条件

Place and environmental conditions of the calibration/inspection

校准地点: 委托方现场

Operation Location

环境条件: 温度 22℃ 相对湿度 60%

Operation Environment

5、建议下次校准日期: 2022 年 3 月 9 日

Next calibration date is recommended

6、校准结果: 所校准项目符合技术要求

Calibration results Calibrated project meets technical requirements

证书专用



广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.

校准结果

Result of Calibration

证书编号: 21RA0743600002

第 3 页 共 3 页

Certificate NO.

Page of

1、外观及工作正常性检查:

符合

2、校准结果:

实际值 (μF)	指示值 (μF)
10.00	9.94
20.00	19.90
40.00	39.82
60.00	59.36
80.00	79.23
100.00	99.11
1.001H	1.010H

结论: 所校准项目符合技术要求

备注 (Notes):

1、本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为 95% 时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

$U_{95}=0.1\%$, $k=2$

2、依据 (Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

以下空白

The below is blank

