



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 21DB820035576-001
Certificate No.



扫码识真伪

证书单位: 江西省晶盛照明工程有限公司
Applicant

计量器具名称: 绝缘电阻表
Name of Instrument

型号/规格: ZC-7型 10.0级
Type/Specification

出厂编号: 20070653
Serial No.

制造单位: 上海第六电表厂有限公司
Manufacturer

检定依据: JJG622-1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》
Verification Regulation

检定结论: 10.0级合格
Conclusion

批准人:
Approved by

贾祺

(检定专用章)
Stamp

核验员:
Checked by

张武

检定员:
Verified by

蓝哲楠

检定日期: 2021 年 05 月 28 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至: 2022 年 05 月 27 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2017)A001号
地址: 湖北省武汉市江堤中路28号/汉阳大道119号
传真: (027) 84843950

电话: (027) 84846917, 84825873
邮编: 430050
网址: www.whjl.org.cn



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 21DB820035576-001
Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂) 法计 (2017) A001号
This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂) 法计 (2017) A001号

- 本次检定所使用的主要计量标准器
Standards of measurement used in the Verification

名 称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid Date To
绝缘电阻表检定装置	[2021DW02250044]	2022-01-17
数字绝缘电阻表	21DB820029957-001	2021-12-28

- 测量溯源性说明: 本次检定使用的计量标准均可溯源到国家计量基准
All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

- 检定环境条件
Environmental condition on the Calibration

温度: 20 °C 湿度: 56 %RH 其他: /
Temperature Humidity Others

地 点:
本所实验室 (306)
Place

计量测试检定
证书骑缝章

3034751

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 21DB820035576-001
Certificate No.

检定结果/说明:
Results of verification and additional explanation

1、外观检查:	合格
2、初步试验:	合格
3、基本误差:	-2.0%
4、端钮电压及其稳定性测量:	-8.1%
5、倾斜影响检查:	1.0%
6、绝缘电阻:	>20MΩ
以下空白	

究所