

ZZtest

**广东中准检测有限公司**  
Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L0239

# 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 20RA0531800001

第 1 页 共 3 页

Page of

客户名称: 河南宝泉电力设备制造有限公司  
Name of Customer

客户地址: 辉县市产业集聚区城西工业园  
Address of Customer

计量器具名称: 拉力试验机  
Name of Instrument

规格/型号: 250N  
Type/Specification

制造单位: 武汉三新电力设备制造有限公司  
Manufacturer

出厂编号: C20110501  
Serial Number

管理编号:  
Regulation Number

(证书专用章)  
Stamp

批准人: 赵广辉  
Approved by

职务: 工程师  
Post

委托日期: 2020 年 11 月 6 日  
Received Date  
Year Mon Day

校准日期: 2020 年 11 月 9 日  
Calibration Date  
Year Mon Day

签发日期: 2020 年 11 月 11 日  
Issue Date  
Year Mon Day

核验员: 张美扬  
Checked by

校准员: 陈冰  
Calibrated by

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室  
Add: Xili shahexi Road No.5298, Gao wang R&D Centre, Building 1,  
11F, room 1110, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China  
邮编 (Post): 518057

电话 (Tel): 0755-26718332  
E-mail: ad@zztest.com.cn  
传真 (Fax): 0755-26544550  
网址 (Web): http://www.zztest.com.cn

ZZtest

## 广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.

### 校准说明

Directions of Calibration

证书编号: 20RA0531800001

第 2 页 共 3 页

Certificate NO.

Page of

1、本证书校准结果只与被校准仪器有关,带"\*"号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment, calibration items or parameter with "\*" is beyond the scope of our laboratory accreditation.

2、本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration:

参照JJG 139-2014 拉力、压力和万能试验机检定规程

3、本次校准所使用的主要计量标准器具信息:

Major standards of measurement used in the calibration:

| 器具名称/型号<br>Description/Model | 不确定度或最大允差或准确度等级<br>Uncertainty of Measurement or<br>Maximum Permissible Errors | 设备编号<br>Equipment<br>No. | 证书号/溯源单位<br>Certificate<br>No./Traceability to | 有效日期<br>Due Date |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 测力仪标准装置                      | 0.1级                                                                           | L1712215                 | 203212931<br>深圳计量院                             | 2021/4/19        |

4、校准/检测地点、环境条件

Place and environmental conditions of the calibration/inspection

校准地点: 委托方现场

Operation Location

环境条件: 温度 22℃ 相对湿度 60%

Operation Environment

5、建议下次校准日期: 2021 年 11 月 8 日

Next calibration date is recommended

6、校准结果: 所校准项目符合技术要求

Calibration results Calibrated project meets technical requirements

**ZZtest**

**广东中准检测有限公司**  
Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L0239

# 校准证书

## CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: 09651006360001

第 1 页 共 3 页

Page of

客 户 名 称 : 宜昌昌耀电气检测中心  
Name of Customer

客 户 地 址 : 宜昌市夷陵区东城路5号  
Address of Customer

计 量 器 具 名 称 : 拉力试验机  
Name of Instrument

规 格 / 型 号 : SXLL-20kN  
Type/Specification

出 厂 编 号 : L200922001  
Serial No.

管 理 编 号 : --  
Regulation Number

制 造 单 位 : 武汉三新电力设备制造有限公司  
Manufacturer

(证书专用章)  
Stamp

批 准 人  
Approved by

赵广辉

委 托 日 期 : 2020 年 12 月 01 日  
Received Date Year Month Day

职 务 : 工程师  
Post

校 准 日 期 : 2020 年 12 月 02 日  
Calibration Date Year Month Day

核 验 员  
Checked by

张美柳

签 发 日 期 : 2020 年 12 月 04 日  
Issue Date Year Month Day

校 准 员  
Calibrated

黄志章

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室  
Add: Xili Shahexi Road No.5298,Baiwang R&D Centre,Building1,  
11F,room 1110,Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China  
邮编(Post): 518057

电话(Tel): 0755-26718332  
E-mail: ad@zztest.com.cn  
传真(Fax): 0755-26544550  
网址(Web): http://www.zztest.com.cn