



广州力赛计量检测有限公司
GUANGZHOU LISAI CALIBRATION AND TESTING CO.,LTD



中国认可
国家互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7127

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号:
Certificate No.



扫一扫验真伪
1WA20121657157-0001

委托方:
Client

山东泰开自动化有限公司

委托方地址:
Address

山东省泰安市高新技术产业开发区(南区)

仪器名称:
Description

交流工频耐压测试仪

型号/规格:
Model/Type

YDJ-50kVA/100kV

制造厂商:
Manufacturer

武汉三新电力设备制造有限公司

出厂编号:
Serial No.

B201204001

管理号:
Asset No.

样品接收日期:
Date of Receipt

2020-12-16
Y M D

结论:

Conclusion

所校准项目合格(Passed at Calibration Items)

校准日期:

Date of Calibration

2020-12-16
Y M D

建议下次校准日期:
Due Date

2021-12-15
Y M D

校准:

Calibration by

李建

审核:

Inspected by

丁晓

批准人:

Approved Signatory

方之潮

(总经理)

证书专用章
(Stamp)

本实验室地址: 广东省广州市番禺区石碁镇农科所南街8号

Address: No.8.South Street Shi Ji Institute Guangzhou.Guangdong.China

联系电话(Tel): 020-31134076

传真(Fax): 020-31134076

公司网址(Web): www.lisaitest.com

投诉电话(CT): 020-31104772

邮政编码(Post): 511400

电子邮件(E-mail): cal@lisaitest.com



广州力赛计量检测有限公司
GUANGZHOU LISAI CALIBRATION AND TESTING CO., LTD



中国认可
国家承认
校准
CALIBRATION
CNAS L7127

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: [®]
Certificate No.



1WA20121657157-0001

1. 本机构是国家认可的计量检定机构, 质量管理体系符合ISO/IEC17025标准要求。
This station is the national authorized metrological verification station. The quality system is in accordance with ISO/IEC17025.
2. 本机构出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this station are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
3. 证书内页中"P"代表"Pass","F"代表"Fail","N/A"代表"Not Applicable".
In the datasheet,"P" represents "Pass" and "F" represents "Fail" and "N/A" represents "Not Applicable".
4. 环境条件。(Environmental condition during the calibration).
温度(Temperature): 21°C 相对湿度 (Relative Humidity): 54 %
5. 校准地点。(Place of the Calibration).
力赛实验室(401高压室)
6. 被校准仪器限制使用条件。(Limiting condition of the instrument Calibration).

7. 本次校准的技术依据。(Reference documents for the Calibration).
JJF(力赛)1702-2017 交流高压发生器校准规范 AC High Voltage Generator Calibration Specification
8. 本次校准使用的主要计量标准器具。(Main standards of measurement used in the Calibration).

名称 Description	出厂编号 Serial No.	证书号/有效期 Certificate No./ Due Date	溯源机构 Traceability Institute	技术特征 Technique Character
数字万用表	MY41024661	3WC20082137479-0453A / 2021-01-09	广州力赛计量检测有限公司	DCV:Urel=0.0015%,ACV:Urel=0.02% DCI:Urel=0.028%,ACI:Urel=0.07% OHM:Urel=0.0035%(k=2)
交直流分压器 AC / DC Voltage Divider	17022403	3WC20060223689-1514 / 2021-06-05	广州力赛计量检测有限公司	DCV:U=0.24% ACV:U=0.26%

1. 本结果只与受校准/试验样品有关。The result relate only to the items calibrated/testing.
2. 未经本机构书面批准, 不得部分复制校准/试验报告。This certificate or report shall not be reproduced except in full, without the written approval of our station.

第2页 / 共4页
Page 2 of 4



广州力赛计量检测有限公司
GUANGZHOU LISAI CALIBRATION AND TESTING CO., LTD



中国认可
国家承认
校准
CALIBRATION
CNAS L7127

证书编号:
Certificate No.



1WA20121657157-0001

1、外观以及一般性检查: 正常
In view of External and Generality check: Pass

2、交流高压(AC Voltage):

指示值	标准值	误差	不确定度	允许误差	结论
Indicated	Reference	Error	Uncertainty	MPE	Conclusion
(kV)	(kV)	(kV)	(%)	(kV)	(Pass/Fail)
10.00	9.97	0.03	0.3	± 0.05	P
20.00	19.96	0.04	0.3	± 0.10	P
40.00	39.91	0.09	0.3	± 0.20	P
60.00	59.84	0.16	0.3	± 0.30	P
80.00	79.73	0.27	0.3	± 0.40	P
100.0	99.52	0.48	0.3	± 0.50	P

附: 关于测量结果不确定度的说明
appendix: Directions of uncertainty in the calibration

1.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

2.测量结果扩展不确定度 (Expanded uncertainty of the measurement results)

k=2

-----以下空白(The below is blank)-----

证书/报告内页
Data Sheet.

ID:31568(1339128950559592449)

第3页 / 共4页
Page 3 of 4