



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第11850197号

Certificate No.



扫码识真伪

证书单位 神木县力创电力工程有限公司
 Applicant

计量器具名称 感应耐压试验装置
 Name of Instrument

型号/规格 SBF-5kVA
 Type/Specification

出厂编号 18052867
 Serial No.

制造单位 武汉三新电力设备制造有限公司
 Manufacturer

校准依据 参照 JJF 1638-2017《多功能标准源校准规范》
 Calibration Regulation



批准人: 贾祺
 Approved by

核验员: 张武
 Checked by

校准员: 王琼
 Calibrated by

校准日期 2018 年 07 月 10 日
 Date of Calibration Year Month

计量检定机构和授权证书号: (鄂) 计字 (2017) A001号

Authorization Certificate No.

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号

Address

传真: (027) 84843950

Fax

电话: (027) 84846917, 84825873

Telephone

邮编: 430050

Post Code

电子邮箱: jll@whits.gov.cn

Email



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第11850197号

Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂) 法计 (2017) A001号

This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计 (2017) A001号

- 本次校准所使用的主要计量标准器

Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid Date To
数字多用表	电字第1177029号	2018-09-04

- 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 20.0℃

Temperature

湿度: 50%RH

Humidity

其他: /

Others

地点: 本所实验室 (301)

Place

7006766

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full) without the written approval of the institute





武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第11650197号

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

输出电压

功能	示值(V)	标准值(V)
ACV (150.0Hz)	100	99.4
	200	201.2
	300	302.4
	400	403.6
	500	503.8

测量结果不确定度: $U_{rel}=0.3\%$

$k=2$

以下空白

以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为 12 个月。

Due date of next calibration is 12 months.