

ZZtest**广东中准检测有限公司**

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0239**校准证书****CALIBRATION CERTIFICATE**

证书编号

ZS1916049S

Certificate No.

第 1 页 共 4 页

Page of

委托方

贵州省遵义市正业电气安装工程有限责任公司

Client

委托方地址

贵州省遵义市

Add. of Client

器具用途

Appliance Use

计量器具名称

三相相位伏安表

Description

制造商

武汉三新电力设备制造有限公司

Manufacturer

型号/规格

SMG3000B

Model/Type

编号

SX190301Z1

No.

接收日期

2019-03-04

Recept. Date

校准日期

2019-03-04

CAL Date

批准人

Approved Signatory

职务

Job

工程师

校验员

Checked by

校准员

Calibrated by



校准机构备案号: [2013] 粤量校S026号

地址: 广东省深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1楼

11楼1110室

ADD: Xili Shahexi Road No.5298, Baiwang R&D centre, Building 1,
11F, room 1110, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编(Post): 518057

电话(Tel): 0755-26718332

E-mail: ad@zztest.com.cn

传真(Fax): 0755-26544550

网址(Website): www.zztest.com.cn



校准结果

Results of Calibration

第 2 页 共 4 页

Page of

证书编号: ZS1916049S

原始记录号: HT192058S001

Certificate No.

Record No.

1. 外观和工作正常性检查: 符合

2. 校准结果:

2.1 电压 (50Hz)

量程	标准值	被测表示值			U _{rel} (k=2)
		U1	U2	U3	
600A	100.0	100.1	100.1	100.0	0.2%
	200.0	100.2	200.2	200.1	
	300.0	300.4	300.2	300.1	
	400.0	400.5	400.4	400.2	
	500.0	500.8	500.6	500.4	

2.2 电流: (50Hz)

量程	标准值	被测表示值			U _{rel} (k=2)
		I1	I2	I3	
2A	0.2000	0.1996	0.1996	0.1998	0.4%
	1.9000	1.8994	1.8991	1.8993	
10A	5.000	4.997	4.998	4.996	
	9.000	8.991	9.005	9.003	

2.3 电流: (电压: 100V 电流: 2A 频率: 50Hz)

U1I2		I1U2		U _{rel} (k=2)
标准值	示值	标准值	示值	
60.0	60.0	60.0	59.8	0.1%
330.0	329.6	330.4	329.5	
I1I2		U1U2		
标准值	示值	标准值	示值	
60.0	59.9	59.9	59.8	
330.0	329.4	329.7	329.8	
I1I3		U1U3		
标准值	示值	标准值	示值	
60.0	59.9	60.0	60.1	
330.0	329.8	330.4	330.2	

东中推检
证书

校准结果

Results of Calibration

第 3 页 共 4 页

Page of

证书编号: ZS1916049S

原始记录号: HT192058S001

Certificate No.

Record No.

结论: 所校准项目符合技术要求

测量结果的不确定度:

1. 依据: JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

说明

Directions

第 4 页 共 4 页

Page of

证书编号: ZS1916049S

原始记录号: HT192058S001

Certificate No.

Record No.

1. 本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration:

参照JJG440-2008 工频单相相位表

2. 本次校准检测所使用的主要计量标准器具:

Major standards of measurement used in the calibration/inspection:

设备名称/型号 Name/Model of Equipment	编号 Serial No.	制造商 Manufacturer	标准器有效期 Due Date
交直流标准表	9080A/015	/	2019.09.19

3. 校准/检测地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration/inspection:

地点: 现场

温度: 22℃

湿度: 60%RH

Place

Temperature

RH

4. 建议下次校准日期为:

Suggested date for the next calibration

2020年3月3日

