

电力工业电气设备质量检验检测中心
Quality Inspection and Test Center
For Equipment of Electric Power

(2010) 检字 JGY037 号

检 测 报 告

Inspection Report



地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 143 号

邮编：430074

电话：4006565689

传真：(027) 59839810

网址：www.china-qitc.com

电子邮箱：huangweimin@sgepri.com

电力工业电气设备质量检验检测中心 检测报告

(2010) 检字 JGY037 号

一、委托单位
武汉三新电力设备制造有限公司

二、试样说明

名称: 变压器变比测试仪

出厂编号: SX20100225

制造厂: 武汉三新电力设备制造有限公司

型号规格: SXBB

制造日期: 2010.02

取样方式: 送样

三、检测标准

DL/T963-2005《电力设备专用测试仪器通用技术条件》

四、检测类型

型式试验

五、检测日期

2010.03.03—03.16

六、检测结论

受武汉三新电力设备制造有限公司委托, 根据电力行业标准 DL/T963-2005《电力设备专用测试仪器通用技术条件》对武汉三新电力设备制造有限公司生产的 SXBB 型变压器变比测试仪进行了外观及结构检查等项目委托试验, 所进行项目检测结果符合标准要求。

检测:

校核:

审核:

批准:

日期:

- 本院(中心)是国家法定计量检定机构,是中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室。

国家法定计量检定机构授权证书号: (国)法计(2007)01208, (国)法计(2007)01040

中国合格评定国家认可委员会实验室: No.L0544

- 本次校准的技术依据(名称、代号)
参照 JJG (鄂) 14-2001

- 本次校准所使用的主要计量标准器具

名称: 感应分压器

证书编号: (计)字第 201010035

有效期限: 2011.9.18

- 校准环境条件

温度: 20℃

湿度: 64%RH

其他:

气压: kpa

地点: 计量二室

原始记录编号: JL100309144302

本标准结论, 仅对受校样品的本次校准有效。

未经本院许可, 不得部分复制本证书。

本校准封面未加盖校准专用章无效。

标准数据/结果

一、外观检测

试品外观表面平整光滑，无裂纹，无划伤，铭牌标识清晰，紧固件齐全且无松动。

二、检测数据

示值	实测值
5	4.9982
10	9.9984
20	20.000
50	50.007
100	100.01
150	150.04
200	200.02
300	300.09
测量结果不确定度	$U_{rel}=0.08\%$, $K=2$

以下空白