

湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add) : 湖北省武汉市东湖新技术开发区
邮编 (Post Code) : 430223
汽车电子工业园茅店山二路
网址 (Web site) : <http://www.hbjl.gov.cn> 电话 (Tel) : 027-81925136
传真 (Fax) : 027-81925137

中国校准服务联合体
China United Calibration Service

CUC

REGISTRATION NO. 002

校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: [2014DW2330060]

Certificate No.

委托方名称
Customer

河北蓝成电气设备有限公司

委托方地址
Address

任丘市北辛庄乡邓河口村

器具名称
Name Of Sample

变压器变比组别测试仪

制造厂商
Manufacturer

武汉三新电力设备制造有限公司

型号规格
Model/Type

SXBB

器具编号
No Of Sample

SXA0141

证书专用章
Stamp



校准日期
Calibration date

2014 年 02 月 26 日
Y M D

证书批准人
Approved by

王向义

建议再校日期
Recommended recal.date

2015 年 02 月 25 日
Y M D

核 验
Checked by

王向义

校 准
Calibrated by

王向义

本次校准所使用的测量装置均溯源至保存在中国计量科学研究院的国家计量基准。中国计量科学研究院于1999年代表中国签署了国际间“国家计量基标准及国家计量研究院出具的校准和测量证书相互承认协议”。

The measuring equipment used in the calibration is traceable to national primary standards maintained in National Institute of Metrology (NIM). NIM is the signatory to the Mutual Recognition Arrangement (MRA) for national measurement standards and for calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes.



本院(中心)是国家法定计量检定机构,是中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室。

This body is an institute of legal verification, it is also a accreditation laboratory accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS).

国家法定计量检定机构授权证书号: (国)法计(2012)01028, (国)法计(2012)01040

Authorization certificate number of the national legal metrological verification institution:

中国合格评定国家认可委员会实验室: No. L0544

Laboratory accreditation certificate number of China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS): No. L0544

本次校准的技术依据(名称、代号)

Reference documents for the Calibration (Name . Code)

参照: JJG(鄂)14—2001 变比测试仪



本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards of measurement used in the Calibration

设备名称

Name of Equipment

电压比例标准

型号/编号

Model/Serial No.

BY9202/7249

证书号/有效期

Certificate No./Due Date

(计)字第201311189号/2015-10-



校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 17.4°C

湿度: 54%

其它:

Temperature

R.H.

Others

气压:

地点: B126

原始记录编号: 2014DW2330060

Pressure

Place

Record No.

本校准结论,仅对受校样品的本次校准有效。

It's Effect That Results of This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated.

未经本院许可,不得部分复制本证书。



校准数据/结果

Data/Results of Calibration



一、外观检查: 正常。

二、变比测量:

标准变比值	实测变比值
10	9.9991
15	15.002
20	20.004
30	29.994
60	59.997
100	99.984
150	150.01
200	200.02
300	300.08
600	599.93
测量结果不确定度	$U_{\text{rel}}=0.1\%, k=2$

以下空白