

# 湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区

汽车电子工业园茅店山二路

网址 (Web site): <http://www.hbjl.gov.cn>

邮编 (Post Code): 430223

电话 (Tel): 027-81925136

传真 (Fax): 027-81925137

## 测试报告

### TEST REPORT

证书编号: [2014DW2330134]  
Certificate No.

委托方名称  
Customer 正业电气安装工程有限责任公司

委托方地址  
Address 贵州遵义市

器具名称  
Name Of Sample 无线高压核相仪

制造厂商  
Manufacturer 武汉三新电力设备制造有限公司

型号规格  
Model/Type SXWH

器具编号  
No Of Sample SXA0362

测试依据  
Reference Documents 参照: JJG(鄂)13-2001 数字高压表

|                                 |                          |                  |                 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 环境条件<br>Environmental condition | 温度: 18.9℃<br>Temperature | 湿度: 47 %<br>R.H. | 其它: —<br>Others |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|

发证单位 (专用章)  
Issued by (stamp)

发证日期  
Calibration date 2014 年 03 月 14 日  
Y M D

证书批准人  
Approved by 王丙义

核 验  
Checked by 周宁

测 试  
Tested by 田天

注:

本证书未加盖本院(中心)测试专用章无效。未经本院(中心)许可,不得部分复制本证书。

本测试结果,仅对测试对象的本次测试有效。

测量溯源性说明: 本次测量所使用的计量仪器均可溯源到国家计量基准。



## 测试结果

Results Of Test

- 一、外观检查: 正常。
- 二、功能测试: 正常。
- 三、绝缘测试: 在被测试件两端施加交流 180kV 电压, 耐压 1 分钟, 未见击穿及飞弧现象。

以下空白

